

Rédaction	Vérification	Approbation
L. LE MAUGUEN, IDEC Hygiéniste, 11/12/2024	A. LAVOLE, responsable logistique, 11/12/2024	S.BERTIN, Directrice administrative et financière, 11/12/2024

Évolution			
N° version	Date d'application	Nombre de pages	Observation(s)
1	11/12/2024	1	Création

ARRET DE COMMERCIALISATION DES SET VVC HARTMANN



Pour la pose de l'aiguille de Huber sur chambre implantable

REMPLECE PAR LE SET DE PANSEMENT POUR PICC LINE + CHAMP TROUE



- Mettre le grip lock de côté (qui se trouve à l'extérieur du set)
- Prendre un champ troué fournis en plus

⇒ Si on oublie le champ troué, le soin peut se faire quand même avec le champ carré du set picc line.

Le déroulement du soin se trouve sur le protocole et la fiche technique de soin présente dans le classeur du patient, ou sur le site HAD (onglet vidéos ou documents).

